



CERA-CHEK™ Hb Plus



Alat Pengukur Hemoglobin

Hemoglobin - Hematokrit



Tanpa Pembersihan Ekstra



Hematokrit
Ditampilkan




5 detik
Waktu Tes



1 µl
Volume Sampel



0~28 g/dL
Rentang Pengukuran



STRIP BESAR / MUDAH DIGENGAM
NYAMAN / HIGIENIS



GCMS

www.greencrossms.com



CERA-CHEK™ Hb Plus

Alat Pengukur Hemoglobin

Dimanapun, Kapanpun! Penguji Cepat!



Bank Darah



Pusat Donor Darah



Laboratorium Klinik




Ambulance

Spesifikasi

Nomor Model	H400
Metode	Elektrokimia
Waktu Pengukuran	5 detik
Volume Sampel	1 µl
Jenis Sampel	Darah lengkap (Kapiler/vena)
Rentang Pengukuran	Hemoglobin : 0~28 g/dL (0~17.4 mmol/L) Hematokrit : 0~84% (Kalkulasi)
Kapasitas Memori	1.000
Lampu Indikator	Lampu LED
Kalibrasi	Kode Kunci
Kondisi Pengoperasian	Suhu: 4~40°C / Kelembaban <85%
Kondisi Penyimpanan	Alat : -10~60°C , Strip : 1~32°C
Baterai	CR-2032 (1 Baterai)
Daya Tahan Baterai	3.000 Tes (dengan Lampu LED : 1.000 tes)
Dimensi	58 mm x 101.5 mm x 12.5 mm
Berat	40g (dengan baterai)

Akurasi - Dikalibrasi dengan Alat Hematologi



Presisi

Dengan Uji Presisi (Darah Vena)

Konsentrasi Hemoglobin	SD	CV(%)	N
8.3 g/dL	0.30	3.6	60
13.1 g/dL	0.50	3.6	60
18.2 g/dL	0.70	3.7	60
22.3 g/dL	0.78	3.4	60

Pengujian Hari ke Hari (Cairan Kontrol Hemoglobin)

Sample	SD	CV(%)	N
Cairan Kontrol 1	0.32	3.3	120
Cairan Kontrol 2	0.44	3.1	120

*SD = Standard Deviation **CV = Coefficient of Variation



Diimpor dan Didistribusikan Oleh :

PT. GANDASARI EKASATYA
Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C NO. 15B Anggrek Neli Murni Jakarta 11480
Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129
E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id

Diproduksi Oleh :

GCMS
www.greencrossms.com

H.Q : 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, 16924, Republic of Korea
Email : gcms.overseas@greencross.com
http://www.greencrossms.com/